РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **015/2-251**

Динамометр с цифровой индикацией ДПЦ–200–0,5		
Инвентарный номер	Заводской №	№ в Госреестре
2893	**310**	**20837-01**

Назначение: измерение силы сжатия

Технические характеристики.	Место хранения. Условия эксплуатации
Класс точности: **0,5** Диапазон: **(20 - 200) кН**	к. 155; (10 … 45) °С

Результаты первичной поверки от 25 декабря 2009 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Протокол первичной поверки отсутствует		

Периодичность поверки: 1 раз в год.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

№ свид. (серт.)	Дата проведения	Результат
169873	25/12/09	δпп, %: 0,43
260262	14/04/11	-
360708	20/08/12	δпп, %: 0,5